



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

наименование

RA.RU.310639

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 117418, РОССИЯ, Город Москва, проспект Нахимовский, дом 31.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерительные системы (ИС) и элементы ИС;	Системы автоматического контроля выбросов (САКВ), в том числе автоматические измерительные системы контроля выбросов (АИС КВ), предиктивные автоматические измерительные системы контроля выбросов (ПАИС КВ); измерительные каналы САКВ, в том числе измерительные каналы АИС КВ, измерительные каналы ПАИС КВ;	Объемная доля (0 – 100) % Массовая концентрация (0 – 2·10 ⁵) мг/м ³ Температура (-200 – 1800) °С Абсолютное давление (0 – 300) кПа Скорость и объемный расход газопылевого потока (0,05 – 60) м/с Q= V·S·3600 м ³ /ч Массовая концентрация пыли (0 – 10000) мг/м ³ Разовый выброс (от Мн _i до Мв _i) г/с Массовый выброс	Погрешность: ПГ ±5 % ПГ ±5 % ПГ ±2 °С ПГ ±0,06 % ПГ ±4 % ПГ ±4 % ПГ ±20 % ПГ ± 10 %	Испытания скорости, объемного расхода газопылевого потока и массовой концентрации пыли производятся методом прямых измерений при помощи калибратора электрических сигналов при условии действующей поверки на первичный преобразователь Q - объемный расход, м ³ /ч V - скорость потока, м/с; S - площадь сечения трубопровода, м ² Мн _i – нижний предел диапазона измерений разового выброса i-го ЗВ, г/с Мв _i – верхний предел

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
			(от $3,6 \cdot M_{Нi}$ до $3,6 \cdot M_{Вi}$) кг/ч	ПГ $\pm 10 \%$	диапазона измерений разового выброса i-го ЗВ, г/с;
			Валовый выброс (от $31,6 \cdot M_{Нi}$ до $31,6 \cdot M_{Вi}$) т/год;	ПГ $\pm 10 \%$;	

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

В.Н. Бас

инициалы, фамилия уполномоченного лица