



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест»

наименование

RA.RU.311341

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 117418, РОССИЯ, Город Москва, проспект Нахимовский, дом 31.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (МА)					
2.1.	Измерительные системы (ИС) и элементы ИС;	Системы автоматического контроля выбросов (САКВ), в том числе автоматические измерительные системы контроля выбросов (АИС КВ), предиктивные автоматические измерительные системы контроля выбросов (ПАИС КВ); измерительные каналы САКВ, в том числе измерительные каналы АИС КВ, измерительные каналы ПАИС КВ;	Объемная доля (0 – 100) % Массовая концентрация веществ (0 – 2·10 ⁵) мг/м ³ Температура (-200 – 1800) °C Давление (0 – 300) кПа Скорость и объемный расход газопылевого потока (0,05 – 60) м/с Q=V·S·3600 м ³ /ч Массовая концентрация пыли (0 – 10000) мг/м ³ (2 – 98) % СКНП; Разовый выброс (от М _{нi} до М _{вi}) г/с	Погрешность: ПГ ±(5 – 50) % ПГ ±(5 – 50) % ПГ ±(2 – 15) °C ПГ ±(0,06 – 4) % ПГ ±(4 – 25) % ПГ ±(4 – 25) % ПГ ±20 % ПГ ±(2 – 5) % СКНП; ПГ ±(10 – 50) %	Поверка измерительных каналов скорости, объемного расхода газопылевого потока и массовой концентрации пыли производится при условии действующей поверки на первичный преобразователь. Q - объемный расход, м ³ /ч V - скорость потока, м/с D - внутренний диаметр трубопровода, м М _{нi} – нижний предел диапазона измерений разового выброса i-го ЗВ, г/с М _{вi} – верхний предел диапазона измерений разового выброса i-го ЗВ, г/с;

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
			Массовый выброс (от $3,6 \cdot M_{Нi}$ до $3,6 \cdot M_{Вi}$) кг/ч	ПГ $\pm(10 - 50) \%$	
			Валовый выброс (от $31,6 \cdot M_{Нi}$ до $31,6 \cdot M_{Вi}$) т/год;	ПГ $\pm(10 - 50) \%$;	

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

В.Н. Бас

инициалы, фамилия уполномоченного лица